入札説明書に関する質問への回答書

案件名：チリ国チリにおける大腸癌の環境的および遺伝学的危険因子についての研究向け機材

本件入札説明書に関する質問と回答は以下の通りです。

公示番号：機-1208E-02	回答日：平成２４年６月１３日	調達部契約第二課長
質　問　事　項	回　答　内　容	備　　考
質問1 機材仕様明細書 参考銘柄につきまして、提案仕様が入札仕様を完全に満足する場合は、参考銘柄以外のメーカー・機種を提案しても認められるかご回答ください。	回答1 その場合は認められます。	
質問2 機材仕様明細書　番号27 仕様番号27　ステップダウントランス、参考銘柄　品番TSD-N15LESは、メーカーに確認した結果、標準付属品としては和文取扱説明書のみ付属しているとの回答を得ております。メーカーとして英文取扱説明書の対応はできかねるため、和文取扱説明書のみの提出でも認められるかご回答ください。	回答2 その場合は認められます。	
質問3 機材仕様明細書　番号27 番号27　ステップダウントランス、参考銘柄品番TSD-N15LESは、既に生産完了品であるため、在庫切れの時点で供給できなくなります。その場合、機材仕様を満足した他メーカーの安定化電源装置或いはステップダウントランスの提案でも認められるかご回答下さい。また、和文取扱説明書のみの提出でも認められるか併せてご回答下さい。	回答3 仕様と同等又はそれ以上であるならば認められます。また、その場合には和文取扱説明書のみでも認められます。	

質問4 機材仕様明細書 機材仕様明細書に英文取扱説明書の記載がない機材については、英文取扱説明書と和文取扱説明書を提出する必要がないことをご確認ください。	回答4 必要ございません。	
質問5 機材仕様明細書　番号27 仕様番号27　ステップダウントランスの仕様につきまして、チリ国の電源仕様は、単相AC220V、50Hzですので、提案仕様は、一次側入力電圧：AC220V、50Hz、二次側出力電圧：AC100V、50Hz仕様でも認められるかご回答下さい。	回答5 仕様範囲内ですので認められます。	
質問6 機材仕様明細書　番号27 仕様番号27　ステップダウントランスは、ＯＮ／ＯＦＦスイッチ機能がない、ノンヒューズブレーカー機能付きのダウントランスでも認められるかご回答下さい。	回答6 その場合は、仕様が同等以上になりますので認められます。	